



## VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

podľa § 6 ods. 1 v súbehu s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava  
IČO: 00164381  
Kontaktná osoba: Alexander Ryba  
e-mail: [alexander.ryba@minedu.sk](mailto:alexander.ryba@minedu.sk)  
Tel. č.: +421 2 59 374 493

### 2. Názov predmetu zákazky: *UVC sterilizátor priestorov*

### 3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):

39330000-4 - Zariadenia na dezinfekciu  
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje

### 4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž (osadenie na stenu) zariadení určených na dezinfekciu a sterilizáciu priestorov, povrchov vrátane ovzdušia, čiže na odstránenie mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy, kvasinky a plesne. Podrobný opis predmetu zákazky je prílohou č. 1 tejto výzvy.

### 5. Miesto a termín realizácie:

Miesto plnenia predmetu zákazky: Bratislava – Stromová ulica č. 1  
Termín plnenia: nasledujúci pracovný deň po doručení objednávky

### 6. Rozsah predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

### 7. Rozdelenie predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku len na časť zákazky v súlade s finálnymi jednotkovými cenami podľa prílohy č. 3 „Podrobný rozpis cenovej ponuky“.

### 8. Možnosť predloženia variantných riešení:

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

## 9. Podmienky predkladania cenových ponuky:

e-mailom

- Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
- Hospodársky subjekt predloží cenovú ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: [alexander.ryba@minedu.sk](mailto:alexander.ryba@minedu.sk)
- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: obchodné meno hospodárskeho subjektu a heslo: **Prieskum trhu „UVC sterilizátor priestorov“**

10. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 23.12.2020 do 09:00 hod.

11. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 28.02.2021

## 12. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:

12.1 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi. Cena musí zohľadňovať opis predmetu zákazky a zmluvné podmienky podľa prílohy č. 3. Pri tvorbe ceny musí hospodársky subjekt zohľadniť fakt, že nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.

12.2 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa matematických pravidiel.

12.3 Ak hospodársky subjekt nie je platiteľom DPH, uvedenie ceny celkom, pričom verejný obstarávateľ zohľadní cenu uvedenú v poli „Cena celkom v € bez DPH“. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v cenovej ponuke.

12.4 V prípade, ak sa hospodársky subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu ceny za predmet zákazky a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.

## 13. Podmienky účasti

13.1 Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá opisu predmetu zákazky – dodávka a montáž (osadenie na stenu) zariadení určených na dezinfekciu a sterilizáciu priestorov, povrchov vrátane ovzdušia, čiže na odstránenie mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy, kvasinky a plesne a uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom do registra na [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk) alebo [www.zrsr.sk](http://www.zrsr.sk) alebo do zoznamu hospodárskych subjektov a registra osôb so zákazom, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade pochybností je uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

## 14. Obsah cenovej ponuky

Cenová ponuka musí obsahovať:

14.1 Vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2 tejto výzvy „**Cenová ponuka**“,

14.2 Vyplnenú a podpísanú prílohu č. 3 tejto výzvy „**Podrobný rozpis cenovej ponuky**“.

## 15. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk:

Najnižšia cena

**16. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:**

Objednávka

Verejný obstarávateľ zasiela túto Výzvu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ak predložená ponuka bude nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, bude slúžiť aj k vyhodnoteniu ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bratislava, 17.12.2020

---

**Mgr. Daniela Krausová**

poverená zastupovaním riaditeľa  
odboru pre verejné obstarávanie

**Prílohy výzvy:**

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Cenová ponuka

Príloha č. 3 - Podrobný rozpis cenovej ponuky

## Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

**1. Zariadenie typ A** - vysokovýkonný priemyselný UVC sterilizátor priestorov s výkonom minimálne 150W generujúci ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7 nm.

Je určený sa na dezinfekciu a sterilizáciu priestorov, povrchov a ovzdušia, čiže na odstránenie mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy, kvasinky a plesne.

### Technické parametre zariadenia typu A:

- Minimálny výkon UVC: 150 W
- Vlnová dĺžka: 253,7nm
- Filtrácia vzduchu: 500 m3 za hodinu
- Minimálna účinnosť : 99,99 %
- Minimálne pokrytie miestnosti : 70 m2
- Konštrukcia zariadenia musí byť uzatvorená.
- Maximálna hlučnosť :60 dB
- Zariadenie musí obsahovať: 1.predfiltrácia, 2.filter s aktívnym karbónom, 3. HEPA filter, 4. UVC žiarič, 5. Bi-polárny iónizér
- Ovládanie: diaľkový ovládač s možnosťami: zapnúť/vypnúť, nastavenie rýchlosti, nastavenie časovača.
- Zobrazované údaje na displeji: nastavenie časovača, hlásenie potreby výmeny filtra, teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť
- Hmotnosť: do 10 kg
- Certifikácia: CE, FCC, RoHS

Záruka na zariadenie 2 roky, servisné pokrytie v rámci SR kdekoľvek. Verejný obstarávateľ okrem dodania požaduje aj montáž a zaškolenie.

**2. Zariadenie typ B** - vysokovýkonný priemyselný UVC sterilizátor priestorov s výkonom minimálne 900 W generujúci ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7 nm.

Je určený sa na dezinfekciu a sterilizáciu priestorov, povrchov vrátane ovzdušia, čiže na odstránenie mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy, kvasinky a plesne.

### Technické parametre zariadenia typu B:

- Minimálny výkon: 900 W
- Vlnová dĺžka: 253,7nm
- Aktivácia UVC trubíc: mikrovlnným žiarením
- Životnosť trubíc: 30 000 h
- Minimálna účinnosť : 99,95%
- Minimálne pokrytie miestnosti : 180 m2
- Konštrukcia zariadenia musí byť otvorená, prenosná, presúvateľná na kolieskach. Prevedenie nerezová oceľ
- Inštalácia trubíc: bezkontaktná (trubice nie sú napojené na el.obvod, sú aktivované bezkontaktné mikrovlnným žiarením
- Ovládanie: ovládač na prístroji s možnosťami: zapnúť/vypnúť, nastavenie časovača.
- Orientačná hmotnosť zariadenia: 50-60 kg
- Certifikácia: CE, LVD

Záruka na zariadenie 2 roky, servisné pokrytie v rámci SR kdekoľvek. Verejný obstarávateľ okrem dodania požaduje aj montáž a zaškolenie